

Du point de vue de la quantite, il y a une amelioration de la limite de detection lorsque la methode est combinee a une accumulation electrolytique prealable a la mesure chronopotentiometrique. L'accumulation se fait a potentiel constant, sous agitation, pendant un certain .temps sur une electrode composee de mercure, de carbone vitreux ou de platine