

والتي هي مشتركة بين جميع الممارسات التي تتعامل مع التعرضات المحتملة للبشر للإشعاع المؤين. ● مراجعة منتظمة لجودة الصورة وجرعة المريض لتقييم ما إذا كان أي منهما يتطلب المزيد من الإجراءات. لأن هذه الفحوصات تنطوي على خطر عدم تقديم المعلومات التشخيصية اللازمة. وكذلك تلك التي تؤدي إلى جرعات إشعاعية عالية، من المهم بعد ذلك النظر بعناية في الطرق التي يجب استخدامها من أجل التحسين الفعلي. نظراً لأن التحسين ينطوي على كل من جرعة الإشعاع وجودة الصورة، ينبغي استخدام مقياس الجرعة الذي يمكن استخدامه لتقدير هذا الخطر. على الرغم من أن استخدام الجرعة الفعالة للمرضى، الأفراد غير مناسب،