

رقمت أنابيب جديدة في نفس الأرقام، ثم وضعت 20 ميكرولتر بوفر داخل أنابيب الاختبار الجديدة، ووضعت أيضاً في الانابيب الجديدة 20 ميكرولتر في كل عينة، حضر جهاز التحريرك ووضع بوفر داخله وبعد ذلك وضع الجل الكتروفوريزاً. وضعت 10 ميكرولتر في الحفرة الأولى، ثم أوضع الجل في جميع الحفر المتبقية، واخراج جهاز الجل الكتروفوريزاً من جهاز التحريرك وحفظ في ٤٤٤٤٤٤٤٤.