

Du point de vue de la quantité, il y a une amélioration de la limite de détection lorsque la méthode est combinée à une accumulation électrolytique préalable à la mesure chronopotentiométrique. L'accumulation se fait à potentiel constant, sous agitation, pendant un certain temps sur une électrode composée de mercure, de carbone vitreux ou de platine.